



**Kode der Ausschreibung
AOV/CA 029/2015**

**Codice gara
AOV/CA 029/2015**

Erkennungskode CIG: 64431786AF

Codice CIG: 64431786AF

**OFFENES VERFAHREN
ÜBER EU- SCHWELLE**

**PROCEDURA APERTA
SOPRA SOGLIA EUROPEA**

**FÜR DIE LIEFERUNG EINES
HOCHDRUCKFLÜSSIGKEITSCHROMATO
GRAPHEN MIT MASSENSPEKTROMETER
DER NEUEN GENERATION (UPLC/MS)**

**PER LA FORNITURA DI UN
CROMATOGRFO LIQUIDO AD ALTA
PRESSIONE CON SPETTROMETRO DI
MASSA DI NUOVA GENERAZIONE
(UPLC/MS)**

Klarstellung 10 - 12

Chiarimenti 10 - 12

Frage Nr. 10

Betreffend die zu berücksichtigende Modalität zur Durchführung des praktischen Tests wird gefragt, ob für die Durchführung des Tests die Anwendung des Anreicherungssystems SPE-online vorgesehen ist/verlangt wird?

Antwort Nr. 10

Man ersucht, den Test mit Direktinjektion durchzuführen.

Quesito n. 10

In merito alla modalità da seguire per l'esecuzione della prova tecnica si chiede se l'esecuzione del test prevede/richiede l'utilizzo del sistema di arricchimento SPE Online?

Risposta n. 10

Si richiede di eseguire il test con iniezione diretta

Frage Nr. 11

Betreffend die zu berücksichtigende Modalität zur Durchführung des praktischen Tests wird gefragt, ob für die Durchführung des Tests die Anwendung die DERIVATISIERUNG der Probe vorgesehen ist/verlangt wird?

Antwort Nr. 11

Nein.

Quesito n. 11

In merito alla modalità da seguire per l'esecuzione della prova tecnica si chiede se l'esecuzione del test prevede/richiede la DERIVATIZZAZIONE del campione?

Risposta n. 11

No.

Frage Nr. 12

Betreffend die zu berücksichtigende Modalität zur Durchführung des praktischen Tests wird gefragt, ob Grenzen für die Injektionsvolumina vorliegen?

Antwort Nr. 12

Man verlangt das einzuhalten, was in der Anlage T - Durchführungsbedingungen des Tests:

Quesito n. 12

In merito alla modalità da seguire per l'esecuzione della prova tecnica si chiede se esistono dei limiti sui volumi di iniezione?

Risposta n. 12

Si chiede di rispettare quanto specificato nell'allegato T - Modalità di esecuzione del test:



„Durchführung des Tests“ im Punkt „WICHTIG“
angegeben ist.

“Esecuzione del Test” punto nominato
"IMPORTANTE".
