

Spettabile
Azienda Sanitaria della Provincia
Autonoma di Bolzano
Via Ospedale, 11
39031 BRUNICO

Oggetto: *Procedura aperta per la fornitura di un polo di diagnostica per immagini con risonanza magnetica (GG01/2012) e TAC (GROS001/2016) al Comprensorio Sanitario di Brunico con l'opzione della fornitura di un tomografo computerizzato al Comprensorio Sanitario di Bressanone*
Vostra pubblicazione su Unione Europea del 21.07.2016

Data: 20 settembre 2016
Rif. IS/16/0420/RS/al

RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 50/2016)

La sottoscritta Philips S.p.a., con sede legale in Milano – via Mascheroni 5, ed uffici in Monza, via Casati, 23, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00856750153 (corrispondente al n. di codice Fiscale e P.IVA) ed al R.E.A. di Milano al n. 88001, con capitale sociale versato Euro 68.068.000,00=, in persona del Procuratore Ing. Roberto SECLI, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Premesso che:

- la istante Società ha interesse a partecipare alla gara emarginata
- la istante Società, necessita, per la più corretta formulazione della propria offerta, di chiarimenti ed informazioni ulteriori in merito a talune disposizioni dei documenti di gara,

Abbiamo ricevuto la risposta alla nostra richiesta di chiarimento.

La non modifica del parametro da noi indicato non consente alla nostra azienda di partecipare alla gara, in quanto non dispone di un'apparecchiatura con quella specifica nella fascia di mercato identificata dal budget stanziato.

A quanto risulta da documenti pubblici facilmente reperibili in rete, anche altre aziende non rispondono al requisito richiesto. Si ribadisce pertanto la richiesta di modifica del parametro precedentemente indicato, portando il tempo di rotazione minimo a 0,4s su 360°. Ciò al fine di garantire la maggior partecipazione alla procedura (partecipazione che sarebbe preclusa anche



PHILIPS

ad altre aziende – come Philips - leader di mercato). Ribadiamo che tale parametro non inficia la prestazione clinica dell'apparecchiatura e consente l'esecuzione a regola d'arte di tutti gli esami previsti dalla destinazione d'uso da voi indicata.

Si precisa inoltre che, nell'ottica di eventuali espansioni future volte all'utilizzo cardiologico dell'apparecchiatura, i sistemi Philips sono dotati di soluzioni in grado di migliorare la risoluzione temporale degli esami cardio, portandola a valori decisamente superiori rispetto a quelli definiti dal parametro 0,3 s.

In considerazione della brevità del termine con richiamo ai chiarimenti richiesti, prega di riscontrare la presente con la massima urgenza, al seguenti recapiti:

Philips Spa- Ufficio Gare – Via G. Casati n. 23 – 20900 MONZA (MB) Tel.039/2031 – fax 039/2036205 – e-mail ufficiogare@philips.com;

PEC: garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it;

Con osservanza.

Philips S.p.A.
Healthcare
Procuratore
Ing. Roberto Secchi

