

**LIEFERUNG EINES TRIPLE-QUADRUPOLMASSENSPEKTROMETERS MIT GASCHROMATOGRAPHEN (GC/MS/MS)**
CIG 7420922290

Digitales Akt: 62.01.2017.00784

Erläuterungsanfrage Nr. 3

unter Bezugnahme auf Artikel Artikel 1.5. Automatisches Probenaufgabesystem - Referenzanforderung 3: Es muss Manipulationen von flüssigen Proben, wie Verdünnungen (z.B. Vials für die Kalibriergeradevorbereitung), Derivatisierungen, Standardszugaben usw, direkt in den Vials durch Software ermöglichen (diesen Aspekt bitte genau beschreiben). Es ist anzugeben, ob diese beschriebenen Automatisierungen bereits bereitgestellt werden müssen oder ob das Probenaufgabesystem später aktualisiert werden kann und nur die Hardware- und Softwarevorbereitung für das nachfolgende Upgrade haben soll.

Antwort

Wie unter Punkt 3 angegeben, muss das System die Möglichkeit haben, die Proben wie beschrieben vorzubereiten. Das Probenaufgabesystem muss daher mit diesen Eigenschaften versorgt werden.

FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA A TRIPLO-QUADRUPOLO CON GASCROMATOGRAFO (GC/MS/MS)
CIG 7420922290

Fascicolo digitale: 62.01.2017.00784

Chiarimento n. 3

in riferimento all'articolo Art. 1.5. AUTOCAMPIONATORE riferimento requisito 3. Deve permettere di gestire tramite software manipolazioni dei campioni liquidi come diluizioni (es. preparazione dei vial per la retta di taratura), derivatizzazioni o aggiunte di standard ecc direttamente nei vials (si richiede di specificare tale aspetto). Si richiede di precisare se tali automazioni descritte deve essere già fornita o se l'autocampionatore può essere upgradato successivamente e avere la predisposizione hardware e software per il successivo upgrade.

Risposta

Come specificato nel punto 3, il sistema deve avere la possibilità di preparare i campioni come descritto. L'autocampionatore deve quindi essere fornito con queste caratteristiche.

Die einheitliche Verantwortliche des Verfahrens /La RUP

Laura Martellato

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

(sottoscritto con firma digitale)