

Agfa-Gevaert S.p.A.
Società per Azioni con Socio Unico
Via Massimo Gorki, 69
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia

www.agfahealthcare.com

Ufficio gare

T +39 02.3074453
F +39 02.3074393
katia.fumagalli@agfa.com
ufficiogare.it@agfa.com

Spett.le RIPARTIZIONE RADIOLOGIA DELL'
OSPEDALE DI BRESSANONE
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
Via Dante 51
BOLZANO BZ

c.a.: Sig. Prim. Dott. ALESSIO SALSA

Data
Ns. riferimento
Vs. riferimento
Oggetto

07.03.2014
MM/MR/kf

-
**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA RADIOLOGICA
DIGITALE DIRETTA PER LA DIAGNOSTICA NELL'OSPEDALE DI VIPITENO
CIG 5636538A4B**

Con riferimento alla procedura aperta di cui all'oggetto, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. **"Capitolato Condizioni", Art. 2.11, sub Art. 2.11.4**

E' richiesta la compilazione del Questionario tecnico del servizio aziendale di ingegneria clinica.

Vi chiediamo di voler precisare se tale questionario coincide con l'Allegato 12.

2. Nell' "Allegato A" è riportato che *"Ai fini della valutazione si richiede una presentazione power-point delle apparecchiature e la fornitura di un CD con immagini eseguite dall'apparecchio. L'invito alla presentazione avverrà, in tempo utile, con lettera separata"*

Vi chiediamo di di confermare che anche il CD, come la presentazione, deve essere fornito in un secondo momento e a seguito di invio di vostra lettera.

3. **Capitolato Condizioni, Art. 2.11, sub Art. 2.11.3 pag.10 "Scheda tecnica preliminare":**

Tra la documentazione pubblicata non abbiamo trovato la Scheda tecnica preliminare: Vi preghiamo di volercela fornire in formato elettronico, possibilmente riscrivibile.

4. **Capitolato Condizioni, Art. 2.11, sub Art. 2.11.5 pag.10 "Questionario informatica"**

Tra la documentazione pubblicata non abbiamo trovato il Questionario da: Vi preghiamo di volercela fornire in formato elettronico, possibilmente riscrivibile.




Agfa-Gevaert S.p.A.
Società per Azioni con Socio Unico
Via Massimo Gorki, 69
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia

www.agfahealthcare.com

5. Si richiede di confermare che tutti i lavori edili propedeutici (quadro elettrico, opere edili, piombatura, struttura metallica, condizionamento,...) all'installazione del sistema oggetto di gara siano esclusi come indicato all'Art. 5, pag.2 del documento "Condizioni generali per la fornitura di apparecchiature sanitarie all'Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano- Comprensorio sanitario di Bressanone".
6. Come previsto da normativa vigente D.P.R. 554/99 e 207/2010 si richiede di precisare il livello della scala di progetto da presentare in gara, ovvero preliminare oppure definitivo oppure esecutivo. In caso di risposta atta a richiedere una progettazione preliminare oppure definitiva, si richiede a chi è in carico la progettazione esecutiva.
7. Come previsto da normativa vigente D.P.R. 554/99 e 207/2010 si richiede a chi sono in carico la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
8. Si richiede file .dwg della sala in cui è prevista l'installazione dell'apparecchiatura oggetto di gara.
9. Si chiede di confermare quanto riportato nell'art. 9 "Condizioni generali per la fornitura di apparecchiature sanitarie all'Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano-Comprensorio sanitario di Bressanone", pag. 4 ossia che il prezzo in esame A sia il solo prezzo complessivo dell'apparecchiatura e relativi accessori e non il prezzo complessivo dell'apparecchiatura, relativi accessori e ritiro vecchio sistema come riportato a pag. 17 dell'Allegato A.
10. Si chiede di precisare che per "Importo offerto per le vecchie apparecchiature" pag. 9, Art. 2.10, doc: "Capitolato condizioni" si intende il costo del ritiro e smontaggio del sistema esistente Bucky Diagnost CS così come riportato nell'Art. 6 pag. 3 Doc: "Condizioni generali per la fornitura di apparecchiature sanitarie all'Azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano- Comprensorio sanitario di Bressanone".

Rimaniamo in attesa di ricevere una Vostra cortese risposta e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Agfa-Gevaert S.p.A.



Maurizio Merli
Procuratore



Marco Redaelli
Procuratore