

QUESITO 1:

In riferimento a quanto richiesto al punto B.3. di cui a pagine 10 del disciplinare di gara e riportato a seguire:

B.3. Anwendungsdatenblätter jedes angebotenen Reagenzmittels mit Angabe des EG-IVD-Gütezeichens (Richtlinie 98/79/CE vom 27.10.1998 und gesetzvertretende Dekret (D.Lgs.) Nr. 332 vom 08.09.2000). Auf dem Datenblatt muss der Reagenzmittel-Identifikationskodex aufscheinen;	B.3. scheda tecnica metodologica ed applicativa di ciascun reagente offerto, con indicazione della conformità CE-IVD (Direttiva 98/79/CE del 27.10.1998 e D.Lgs. 08.09.2000 n. 332). La scheda deve riportare il codice identificativo del reagente;
---	---

si chiede conferma che parte delle schede tecniche dei reattivi diagnostici possano essere allegate in lingua inglese.

Risposta:

Si.

QUESITO 2– LOTTO 1:

In riferimento al Lotto 1, al fine di formulare l'offerta pienamente adeguata rispetto al Vs. fabbisogno, si chiede di conoscere la portata dei solai dei locali a cui la strumentazione offerta dovrà essere destinata.

Risposta:

Abbiamo inoltrato richiesta al ns. ufficio tecnico. Seguirà chiarimento.

QUESITO 3 – LOTTO 1:

in riferimento a quanto richiesto al punto 1.a) del Lotto 1 e di seguito riportato:

Subkriterien 1.a) 3 Punkte: Fertilität der Nährmedien für mindestens 10 der angebotenen Nährmedien, ausreichend entsprechend den Erklärungen in den Publikationen von Seiten der Labors für Klinische Mikrobiologie: Fertilität der Nährmedien hervorgehoben in mindestens 4 Publikationen in Zeitschriften englischer oder italienischer Sprache innerhalb der letzten 10 Jahre 1 Punkt	Subcriteri 1.a) 3 punti: fertilità dei terreni di coltura appropriata, complessivamente per almeno 10 dei terreni richiesti, come dichiarata nelle pubblicazioni da parte di laboratori di Microbiologica Clinica: Fertilità dei terreni di coltura evidenziata in almeno 4 pubblicazioni in riviste di lingua inglese o italiana negli ultimi 10 anni 1 punto
---	---

in considerazione del fatto che i prodotti in questione (terreni di coltura) non sono caratterizzati da elevata innovazione e sono presenti sul mercato da lunga data, si chiede di confermare che l'indicazione "negli ultimi 10 anni" sia un refuso e che saranno prese in considerazioni le pubblicazioni in riviste di lingua italiana o inglese, indipendentemente dall'anno di pubblicazione.

Risposta:

Sono richieste le pubblicazioni in riviste di lingua italiana o inglese entro gli ultimi 10 anni (2011-2020). Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni in riviste di lingua italiana o inglese prima del periodo richiesto.

QUESITO 4 – LOTTO 1:

In riferimento a quanto richiesto al punto 3.e) del Lotto 1 di seguito riportato:

3.e) 3 Punkte: Betrieb und Probenprozessierung in Flüssigphase, Halbflüssigphase und Festphase nach manuellem Hinzufügen der Probe	3.e) 3 punti: gestione e processamento campioni in fase liquida, semi-liquida e solida aggiunti manualmente
---	--

Al fine di avere tutti gli elementi che consentano di formulare l'offerta, si chiede di specificare cosa si intende per gestione e processamento dei campioni in fase semi-liquida e solida, precisando quali fasi debbano essere gestite e processate tra le seguenti:

- Selezione automatica delle piastre del protocollo campione in seguito alla scansione del barcode
- Etichettatura automatica delle piastre nel protocollo
- Semina automatica del campione depositato manualmente

Risposta:

Il punteggio si riferisce alla gestione e al processamento di campioni aggiunti manualmente.

QUESITO 5 – LOTTO 1:

In riferimento a quanto richiesto al punto 3.f) del Lotto 1 di seguito riportato:

3.f) 6 Punkte: gleichzeitiges Beladen von verschiedenen Typologien von Nährböden. Gesamtbeladung des Plattenspeichers an Bord des Gerätes und kontinuierliche Beladung der auszuimpfenden Platten	3.f) 6 punti: caricamento contemporaneo di tipologie differenti di terreno. Capienza totale del deposito piastre a bordo macchina e caricamento continuo delle piastre di semina
>9 Typologien von Platten 2 Punkte	>9 tipologie di piastre 2 punti
9 Typologien von Platten 0 Punkte	9 tipologie di piastre 0 punti
Gesamtkapazität >400 Platten 2 Punkte	> 400 piastre capienza totale 2 punti
Gesamtkapazität < 400 Platten 0 Punkte	< 400 piastre capienza totale 0 punti
Ja, kontinuierliche Beladung 2 Punkte	Sì, caricamento continuo 2 punti
Nein, keine kontinuierliche Beladung 0 Punkte	No, nessun caricamento continuo 0 punti

si chiede conferma che "caricamento in continuo" è da intendersi come la possibilità di caricare in ogni momento qualsiasi tipologia di piastra, in piena sicurezza per l'operatore e senza che ciò comporti la messa in pausa dell'attività svolta dal sistema.

Risposta:

Il punteggio si riferisce al caricamento in ogni momento di qualsiasi tipologia di piastra. Lo strumento a tale scopo può anche essere messo in pausa.

QUESITO 6 – LOTTO 2:

In riferimento a quanto riportato nell'appendice tecnica del lotto 2 di seguito riportata:

Ausschreibungsbetrag: € 3.800.00,00	Importo a base di gara: € 3.800.00,00
---	---

Si chiede conferma che trattasi di refuso e che la base d'asta prevista per il lotto è €3.800.000,00 (EURO tremilioniottocentomila,00).

Risposta:

Esatto, trattasi di refuso la base d'asta è di € 3.800.000,00. Come anche indicato sul portale telematico. Si allega appendice tecnica lotto 2 corretta che sostituisce la precedente.

QUESITO 7 – LOTTO 7:

In riferimento al criterio previsto al punto 6.d) del Lotto 7:

Subkriterium 6d)	Subcriterio 6d)
23. Berechnung des Füllvolumens der Fläschchen: <u>Punkte: 3</u> möglich für alle angebotenen Geräte <u>Punkte: 1</u> erhalten mittels Berechnung <u>Punkte: 2</u> erhalten mittels reeller Bestimmung des Volumens <u>Punkte: 0</u> nicht möglich	23. calcolo del volume di riempimento dei flaconi <u>punti:3</u> possibile per tutti gli strumenti offerti <u>punti: 1</u> ottenuto tramite calcolo <u>punti: 2</u> ottenuto tramite rilevazione reale del volume <u>punti: 0</u> non possibile

Si chiede di confermare che, relativamente al suddetto criterio, il massimo punteggio conseguibile è pari a 5 punti, da strutturati come a seguire:

Sub criterio 6d)	Modalità di assegnazione del punteggio
Possibile per tutti gli strumenti offerti	On: 3 punti Off: 0 punti
Ottenuto tramite calcolo Ottenuto tramite rilevazione reale del volume	Tabellare: 1 punto 2 punti

In caso contrario, si fa presente sin d'ora che la somma dei punteggi massimi relativi al criterio 6 (da disciplinari pari a 14 punti) sembra corrispondere a un totale di 12 punti.

Risposta:

Punto 6d:

il punteggio massimo ottenibile per questo punto è 5 punti e corrisponde alla capacità di tutti i sistemi offerti di rilevare in modo diretto (pesatura, lettura del livello, ecc..non tramite algoritmo) il volume di riempimento dei flaconi.

RICHIESTA ULTERIORI CHIARIMENTI LOTTO NR. 04:

Con riferimento al lotto 4 precisate che è possibile solo indicare il numero totale dei test eseguiti e non è possibile specificare il numero di test per singolo codice in quanto dipendente dall'epidemiologia dei sierotipi isolati. Scientificamente corretto.

Tuttavia, il lotto 4 comprende 77 articoli diversi, con prezzi diversi tra loro. Non risulta possibile calcolare il numero di confezioni offerte per singolo codice e quindi il totale del lotto. Inoltre non Ci risulta di chiara comprensione, chiedo scusa, quanto indicato nella vostra risposta come "seguenti rapporti per quanto riguarda i consumi degli antisieri" in quanto mancano alcuni riferimenti: p.es.: c),d),e), g) etc.

La nostra offerta quindi conterrà il tipo di confezionamento, il numero di test a confezione e il prezzo a confezione per ogni prodotto offerto. Può essere sufficiente?

Risposta:

Per quanto riguarda i riferimenti c), d), e) il numero per il rapporto, rispetto agli altri antisieri indicati, corrisponde a 3.

Come ribadito nei chiarimenti precedenti non è possibile indicare con precisione il numero totale dei test eseguiti e non è possibile specificare il numero di test per singolo codice in quanto dipendente dall'epidemiologia dei sierotipi isolati, in continua variazione; comunque, in maniera indicativa sono stati dati dei rapporti approssimativi tra i test da eseguire. Da tali rapporti è comunque possibile calcolare in maniera indicativa il numero di test richiesti per i vari antisieri anti Salmonella. Facendo dei semplici calcoli, un prodotto con il rapporto "1" corrisponde all'1% delle tipizzazioni totali per gli antisieri anti Salmonella (la somma dei numeri per i rapporti indicati corrisponde a 100), cioè a ca. 250 test, il rapporto "2" corrisponde a ca. 500 test, ecc., sempre riferito al periodo di 5 anni.