



CIG: 8394391697– CUP: B43B97000000003

Entscheidung zur Verhandlung / Determina a contrarre

Prot. Nr. 0112814 – BZ – REG01 – 14/08/2020

**LIEFERUNG UND MONTAGE EINES
KOMBINIERTEN 2D/3D DIGITALEM
ORTHOPANTOMOGRAPH MIT „CONE-
BEAM“**

**LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN
SISTEMA ORTOPANTOMOGRAFICO
DIGITALE COMBINATO 2D/3D CON
CONE BEAM**

Klarstellungen/Chiarimenti 16/09/2020

Domanda 1

Nel Capitolato Speciale di Appalto Parte II Art. 4 "Prestazioni Richieste" , è indicato alla lettera e) che l'esecutore è obbligato a predisporre tutti gli allacciamenti alla rete elettrica fino alle prese esistenti che siano a parete, pavimento o a soffitto. Poiché a seguito di sopralluogo è stato rilevato che non è presente all'interno del locale di installazione la presa di corrente a 230V (sono presenti cavi con tensione 380V), chiediamo conferma che la stessa sarà da Voi predisposta prima della fornitura dell'apparecchiatura.

Si richiede inoltre di avere le specifiche tecniche (tensione) o in alternativa il modello delle 4 lampade di segnalazione rx fuori porta presenti. Distinti saluti.

Risposta 1

Si precisa che è onere dell'offerente includere nella fornitura ed installare un Quadro Elettrico da attestare ai cavi con tensione 380V, previsti con i lavori. Da questo quadro, poi, l'offerente deriverà tutte le linee di alimentazione, adeguatamente protette, e necessarie al funzionamento della macchina offerta.

Per quanto riguarda le lampade di segnalazione rx fuori porta si precisa che funzionano alla tensione di 230 V.

Domanda 2

richiesta P2.2.3 del documento "M.8.C2202_El_prestazioni_valutazione" in cui si chiede "Macchia focale di dimensioni ridotte ed inferiore a 0.5 mm secondo la normativa IEC (60336)" si chiede di modificare tale richiesta in modo da ammettere sistemi con macchia focale inferiore o uguale a 0,5 mm.

Risposta 2

Si precisa che trattasi di un refuso e si allega elenco prestazionale rettificato al punto P2.2.3.

Domanda 3

buongiorno,
con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:
nel documento "progetto d'installazione" Doc.i viene richiesto oltre al layout distributivo dell'apparecchio con le indicazioni sull'eventuali modifiche al progetto esecutivo già effettuato anche "il workflow e il posizionamento dei pazienti deambulanti e di quelli in carrozzina" , vi chiediamo di chiarire che cosa si intende come workflow e cosa sia più specificatamente richiesto in questa sezione.
vi chiediamo inoltre di poter avere la documentazione relativa alla struttura (disegni della stanza) in formato DWG e non solo in formato PDF.
restiamo in attesa e porgiamo
cordiali saluti

Risposta 3

Si precisa che come workflow si intendono i percorsi, dei pazienti deambulanti e di quelli in carrozzina, da seguire per accedere alla posizione di esame.
Il file Autocad della sala viene allegato alla presente comunicazione.

Domanda 4

Buongiorno,
si richiede un chiarimento in merito all'assegnazione del punteggio tecnico, in quanto sommando i punteggi massimi per ogni elemento di valutazione ci risulta un totale complessivo di 70,5 punti e non di 70 punti.
Distinti saluti.

Risposta 4

Si conferma l'incongruenza e si allega elenco prestazionale rettificato. È stato modificato il punteggio del criterio P.2.2.7.