

**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe****Procedura aperta
con modalità telematica****AOV/SUA L 10/2021 OSP. MERANO - APPARECCHIATURA BIOMEDICALE / KH MERAN -
MEDIZINISCHE GERÄTE****CIG: 8751952344****Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen - Chiarimenti, rettifiche, integrazioni**

Klarstellung Nr. 8	Chiarimento n. 8
22/06/2021	
<p>Frage: Guten Tag, mit gegenwärtigem Schreiben soll Folgendes im Hinblick auf Art. 33 (Monitor für Intensivbetten) geklärt werden. Es wird die Frage gestellt, ob die Forderung nach Überwachung von "8 Temperaturkanälen" und "8 IBP-Kanälen" als "Möglichkeit zur Anzeige von bis zu 8 Temperaturkanälen und 8 IBP-Kanälen" zu verstehen ist oder ob bereits genügend Module angeboten werden müssen, um diese Kanäle auf jedem Monitor zu erfassen. Danke! Mit freundlichen Grüßen</p>	<p>Domanda: Buongiorno, con la presente siamo a chiedere un chiarimento riguardante l'Art. 33 (Monitor per PL intensivi). Si chiede se la richiesta di monitoraggio di "8 canali temperatura" e "8 canali IBP" è da intendersi come "possibilità di visualizzare fino a 8 canali temperatura e 8 canali IBP" o se devono essere già offerti abbastanza moduli per rilevare tali canali su ogni monitor. Grazie. Cordiali saluti</p>
<p>Antwort: Wie bereits mitgeteilt, ist die Möglichkeit zur Anzeige von bis zu 8 Temperaturkanälen und 8 IBP-Kanälen erforderlich.</p>	<p>Risposta: Come già riscontrato precedentemente è richiesta la possibilità di visualizzare fino a 8 canali temperatura e 8 canali IBP.</p>

Mit freundlichen Grüßen
Die VergabestelleDistinti saluti.
La Stazione Appaltante