

**Code der Ausschreibung:**

„AOV/SUA-SF 034/2018“

ERKENNUNGSCODE CIG:
75958727DD**Codice gara:**

„AOV/SUA-SF 034/2018“

CODICE CIG:
75958727DD**Klarstellung Nr. 16****Chiarimento n. 16****Frage:**

Bezugnehmend auf die Klarstellung Nr. 12 – Punkt 4 – bezüglich der Positionierung des Anästhesie-Einleitungsgerätes auf einer DIN Zubehörleiste, es wird darum gebeten, die Ausschreibung in zwei Lose aufzuteilen - eine für Hochleistungs-Anästhesiegeräte und eine für die Geräte zur Einleitung der Anästhesie.

Antwort:

Die Entscheidung ein Anästhesie-Einleitungsgerät anzufordern, das auf einer DIN Zubehörleiste angebracht werden kann, beruht auf dem Organisationsmodell des Einleitungsraumes, in dem keine Pendel vorgesehen sind, sondern eben eine DIN normierte Zubehörleiste.

Der Auftraggeber wird die Ausschreibung nicht in Lose aufteilen.

Domanda:

Facendo seguito al chiarimento n. 12 - punto 4 – inerente il posizionamento dell'apparecchio per induzione anestesia su barra porta accessori DIN si chiede di suddividere la gara in due lotti - uno per gli apparecchi di anestesia ad alte prestazioni ed uno per gli apparecchi per induzione dell'anestesia.

Risposta:

La scelta di richiedere apparecchiature per induzione dell'anestesia montabili su una barra porta accessori DIN è motivata dal tipo di organizzazione che si vuole dare alla stanza di induzione, per la quale non sono previsti pensili ma appunto una barra porta accessori normata DIN.

Il Committente non suddividerà la gara in lotti.